



Türk Akreditasyon Kurumu

AKREDİTASYON SERTİFİKASI

Kalibrasyon Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren,

ROKAKAL KALİBRASYON MEDİKAL MÜHENDİSLİK EĞİTİM HİZMETLERİ

Merkez Adres: ZAFER MAH. DOĞAN ARASLI BLV. OZYUURLAR REZİDANS NO:97 -99/92 ESENİYURT İstanbul / Türkiye

TÜRKAK tarafından yapılan denetim sonucunda TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre Ek'te yer alan kapsamlarda akredite edilmiştir.

Akreditasyon No : AB-0269-K

Akreditasyon Tarihi : 14.04.2022

Revizyon Tarihi / No : 14.04.2022 / 00

Bu Sertifika, yukarıda açık adı ve adresi yazılı Kuruluşun TS EN ISO/IEC 17025:2017 Standardına, ilgili Yönetmelik ve Tebliğlere uygunluğunu sürdürmesi halinde **13.04.2026** tarihine kadar geçerlidir.

Gülden Banu Müderrisoğlu
Genel Sekreter



Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ISO/IEC 17025 alanında Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile çok taraflı anlaşma (MLA/MRA) imzalamıştır.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gülden Banu Müderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.

 Kalibrasyon TS EN ISO/IEC 17025 AB-0269-K	ROKAKAL KALİBRASYON MEDİKAL MÜHENDİSLİK EĞİTİM HİZMETLERİ Akreditasyon No: AB-0269-K Revizyon No: 00 Tarih: 14.04.2022 Kalibrasyon Laboratuvarı Adresi : ZAFER MAH. DOĞAN ARASLI BLV. OZYURTLAR REZİDANS NO:97 -99/92 ESENYURT İstanbul / Türkiye Telefon : +90 850 522 7498 Fax : - E-Posta : rotakalibrasyon@gmail.com Web Sitesi : www.rotakalibrasyon.com		
--	--	--	--

Basmaç				
Ölçüm Büyüklüğü / Kalibre Edilen Cihazlar	Ölçüm Aralığı	Ölçüm Şartları	Kalibrasyon ve Ölçüm Yeteneği (k=2)	Açıklamalar / Kalibrasyon Metodu
Bağıl Basmaç Analog Manometre Sayısal Manometre	$-0,9 \text{ Bar} \leq p \leq -0,01 \text{ Bar}$	Pnömatik	0.023 Bar	p : Bağıl Basmaç. (Pa) EURAMET/cg-17 dokümanına uygun olarak hazırlanmış kalibrasyon prosedürü. (*) Müşterinin yerinde ve laboratuvarında. • Müşteri Yerinde • Laboratuvarında • Geçici veya mobil tesislerde kalibrasyon yapılır.
Bağıl Basmaç Analog Manometre Sayısal Manometre	$0,2 \text{ Bar} \leq p \leq 3 \text{ Bar}$	Pnömatik	0.023 Bar	p : Bağıl Basmaç. (Pa) EURAMET/cg-17 dokümanına uygun olarak hazırlanmış kalibrasyon prosedürü. (*) Müşterinin yerinde ve laboratuvarında. • Müşteri Yerinde • Laboratuvarında • Geçici veya mobil tesislerde kalibrasyon yapılır.
Mutlak Basmaç Analog Manometre Sayısal Manometre	$3 \text{ Bar} \leq p \leq 30 \text{ Bar}$	Pnömatik	0.06 Bar	p : Mutlak Basmaç (kPa) EURAMET cg-17 ve DKD-R 6-1 rehber dokümanına uygun olarak hazırlanmış kalibrasyon prosedürü. (*) Sayısal basmaç kalibratörü ile laboratuvarında ve yerinde karşılaştırma metodu ile. • Müşteri Yerinde • Laboratuvarında • Geçici veya mobil tesislerde kalibrasyon yapılır.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gülden Banu Müderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.

